

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CISPR 16-4-2
Edition 2.0 2011-06
Amendment 2: 2018-08

Specification for radio disturbance and immunity
measuring apparatus
and methods –

Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit
modelling – Measurement
instrumentation uncertainty

CISPR 16-4-2
Édition 2.0 2011-06
Amendement 2:2018-08

Spécifications des méthodes et des appareils de
mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux
perturbations radioélectriques –

Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et
modélisation des limites – Incertitudes
de mesure de l'instrumentation

C O R R I G E N D U M 1

iTeh Standards

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

[CISPR 16-4-2:2011/AMD2:2018/COR1:2019](https://standards.i-teh.ai/corrigendum/COR1/2019/076/08021207010306)

Table B.8 – Conducted disturbances measurements from 150 kHz to 30 MHz using a 150 Ω Δ-AN

Replace the existing values for the input quantity AN Impedance (CM) tolerances δZ_{AN-CM} as follows:

AN Impedance (CM) tolerances ^{B26)}	δZ_{AN-CM}	+5,37/-3,67	Triangular	1,84
--	--------------------	-------------	------------	------

Replace the existing values for the combined standard uncertainty u_c and the expanded uncertainty (U_{CISPR}) $2 u_c$ as follows:

Combined standard uncertainty	u_c			2,93
Expanded uncertainty (U_{CISPR})	$2 u_c$			5,86

B.10 Rationale for the estimates of input quantities specific to the measurement method using a Δ-AN

Replace the existing second sentence in Superscript B26) as follows: