

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**IEC 61010-2-032**  
Edition 4.0 2019-06

**IEC 61010-2-032**  
Édition 4.0 2019-06

**SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL  
EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL  
AND LABORATORY USE –**

**EXIGENCES DE SÉCURITÉ POUR APPAREILS  
ÉLECTRIQUES DE MESURAGE, DE RÉGULATION  
ET DE LABORATOIRE –**

**Part 2-032: Particular requirements for HAND-HELD  
and hand-manipulated current sensors for  
electrical test and measurement**

**Partie 2-032: Exigences particulières pour les  
capteurs de courant, PORTATIFS et manipulés  
manuellement, pour essai électrique et mesurage**

**CORRIGENDUM 1**

**Table 101 – CLEARANCES and CREEPAGE  
DISTANCES for measuring circuit  
TERMINALS with HAZARDOUS LIVE  
conductive parts up to 1 000 V a.c. or  
1 500 V d.c.**

**Tableau 101 – DISTANCES D'ISOLEMENT et  
LIGNES DE FUITE des BORNES d'un circuit  
de mesure ayant des parties  
conductrices sous TENSION DANGEREUSE  
qui peuvent atteindre 1 000 V en  
courant alternatif ou 1 500 V en courant  
continu**

*Replace the content " $\geq 30 \geq 300$ " of the  
cell located in the first column, second  
row, with the following content:  
" $\geq 30 \leq 300$ ".*

*Remplacer le contenu " $\geq 30 \geq 300$ " de la  
cellule située à la première colonne,  
deuxième ligne, par le contenu suivant:  
" $\geq 30 \leq 300$ ".*

**Table K.105 – Minimum values for  
distance or thickness of solid  
insulation in measuring circuits RATED  
FOR MEASUREMENT CATEGORIES III and IV**

**Tableau K.105 – Valeurs minimales des  
distances ou de l'épaisseur de  
l'isolation solide dans les circuits de  
mesure dont les CATÉGORIES DE MESURES  
III et IV sont des CARACTÉRISTIQUES  
ASSIGNÉES**

*Replace the title of Table K.105 with the  
following title:*

*Remplacer le titre du Tableau K.105 par le  
titre suivant:*

**Table K.105 – Minimum values for  
distance or thickness of solid  
insulation in measuring circuits RATED  
FOR MEASUREMENT CATEGORIES**

**Tableau K.105 – Valeurs minimales des  
distances ou de l'épaisseur de  
l'isolation solide dans les circuits de  
mesure dont les CATÉGORIES DE MESURES  
sont des CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES**

**Figure DD.1 – Requirements for  
CLEARANCE, CREEPAGE DISTANCE and solid  
insulation**

**Figure DD.1 – Exigences relatives à la  
DISTANCE D'ISOLEMENT, à la LIGNE DE FUITE  
et à l'isolation solide**

Replace in the last column on the right, 4th box, the text "Moulded and potted parts, PCBs, thin films: Table K.14" with "Moulded and potted parts, PCBs, thin films: Table K.105" as follows:

