TC 121

Norme internationale ISO 5361/3

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION•МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ•ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Tubes trachéaux — Partie 3: Type Murphy

Tracheal tubes — Part 3: Murphy type

Première édition — 1984-08-15

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 5361-3:1984
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/831b08b8-c34a-4abb-9fe4-1a0457855ad5/iso-5361-3-1984

CDU 621.643 : 616.231 — 089.5 **Réf. nº : ISO 5361/3-1984 (F)**

Descripteurs : matériel médical, anesthésie, tube endotrachéal, spécification.

Prix basé sur 2 pages

ISO 5361/3-1984 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 5361/3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 121, *Matériel d'anesthésie et respirateurs médicaux*, et a été soumise aux comités membres en décembre 1981.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée:

ISO 5361-3:1984
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/831b08b8-c34a-4abb-9fe4-1a045785fad7/iso-5361-3-1984

Afrique du Sud, Rép. d'	Japon	Suède
Allemagne, R.F.	Mexique	Suisse
Australie	Nouvelle-Zélande	Tchécoslovaquie
Canada	Pays-Bas	URSS
Égypte, Rép. arabe d'	Roumanie	USA
France	Royaume-Uni	

Aucun comité membre ne l'a désapprouvée.

© **Organisation internationale de normalisation, 1984** ●

Imprimé en Suisse

Tubes trachéaux — Partie 3: Type Murphy

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 5361-3:1984
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/831b08b8-c34a-4abb-9fe4-1a0457855ad5/iso-5361-3-1984

0 Introduction

La présente Norme internationale fait partie d'une série de normes traitant des équipements anesthésiques et des respirateurs médicaux. Elle vient en complément à l'ISO 5361/2 afin d'inclure également les tubes trachéaux de type Murphy, à savoir ceux qui possèdent un œilleton près de leur extrémité.

1 Objet et domaine d'application

La présente partie de l'ISO 5361 spécifie les exigences de base relatives aux tubes trachéaux de type Murphy, avec ou sans ballonnet.

2 Références

ISO 5361, *Tubes trachéaux —*

Partie 1: Spécifications générales.

Partie 2: Tubes orotrachéaux et nasotrachéaux (avec ou sans ballonnets) type Magill.

3 Définitions

En plus des définitions données dans l'ISO 5361/1, les définitions suivantes sont applicables dans le cadre de la présente Norme internationale.

3.1 tube trachéal de Murphy: Tube trachéal doté d'un œilleton rond ou ovale latéral du côté opposé au biseau.

3.2 œilleton Murphy: Orifice percé à travers la paroi d'un tube trachéal, près de l'extrémité «malade» et sur le côté opposé au biseau.

Un œilleton Murphy type est représenté sur la figure.

4 Généralités

Sauf spécification contraire, dans la présente partie de l'ISO 5361, les tubes trachéaux de type Murphy doivent répondre aux exigences concernant les tubes trachéaux de type Magill, spécifiées dans l'ISO 5361/2.

5 Oeilleton Murphy

5.1 Taille de l'œilleton

La surface de l'œilleton Murphy ne doit pas être inférieure à 80 % de la section du passage du tube.

5.2 Emplacement de l'œilleton

L'œilleton doit être situé sur le côté du tube opposé au biseau (voir figure).

NOTE — La taille, la forme et l'emplacement de l'œilleton devraient être tels que l'extrémité «malade» du tube ne soit pas affaiblie de façon significative.

6 Position du ballonnet

La position du ballonnet doit être conforme au paragraphe 7.3 de l'ISO 5361/2. Le paragraphe 7.2 de l'ISO 5361/2 ne doit pas s'appliquer.



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 5361-3:1984
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/831b08b8-c34a-4abb-9fe4-1a0457855ad5/iso-5361-3-1984

Figure — Extrémité «malade» d'un tube trachéal avec œilleton Murphy