

Medical electrical equipment –

Part 2-59: Particular requirements for the basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening

Appareils électromédicaux –

Partie 2-59: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des imageurs thermiques pour le dépistage des humains fébriles

CORRIGENDUM 1

Page 7

2 Normative references

In the addition, instead of:

ISO/TR 80600, *Medical Electrical Equipment – Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph*³⁾

³⁾ To be published

read:

ISO/TR 13154, *Medical electrical equipment – Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph*

Page 11

201.7.9.3.101 SCREENING THERMOGRAPH

In item a), instead of

...a reference to ISO/TR 80600...

read:

...a reference to ISO/TR 13154...

Page 41

2 Références normatives

Dans l'addition, au lieu de:

CEI ISO/TR 80600, *Appareils électromédicaux – Déploiement, mise en œuvre et lignes directrices opérationnelles pour identifier les humains fébriles à l'aide d'un imageur thermique*³⁾

³⁾ A publier.

lire:

ISO/TR 13154, *Équipement électrique médical – Déploiement, mise en œuvre et lignes directrices opérationnelles pour l'identification d'êtres humains fébriles en utilisant un thermographe de criblage*

Page 45

201.7.9.3.101 IMAGEUR THERMIQUE

Dans le point a), au lieu de :

...une référence à l'ISO/TR 80600, *Appareils électromédicaux – Déploiement, mise en œuvre et lignes directrices opérationnelles pour identifier les humains fébriles à l'aide d'un imageur thermique*

lire: