

IEC 60601-2-54
(First edition – 2009)

Medical electrical equipment –

Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy

CEI 60601-2-54
(Première édition – 2009)

Appareils électromédicaux –

Partie 2-54: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils à rayonnement X utilisés pour la radiographie et la radioscopie

CORRIGENDUM 1

203.11.102 Test for attenuation of RESIDUAL RADIATION

In the second sentence of item b), instead of:

Also, remove ANTI-SCATTER GRIDS and COMPRESSION DEVICES that are specified to be removable;

read:

Also, remove ANTI-SCATTER GRIDS and COMPRESSION DEVICES that are specified to be removable; use a PHANTOM having an ATTENUATION EQUIVALENT of 40 mm Al, positioned in the X-RAY BEAM as close as possible to the FOCAL SPOT.

203.11.102 Essai relatif à l'atténuation du RAYONNEMENT RESIDUEL

Dans la deuxième phrase du point b) au lieu de:

Retirer également les GRILLES ANTI-DIFFUSANTES et les DISPOSITIFS DE COMPRESSION spécifiés comme retirables;

lire :

Retirer également les GRILLES ANTI-DIFFUSANTES et les DISPOSITIFS DE COMPRESSION spécifiés comme retirables; utiliser un FANTÔME possédant un ÉQUIVALENT D'ATTÉNUATION de 40 mm Al, placé dans le FAISCEAU DE RAYONNEMENT X aussi près que possible du FOYER.