

IEC 60601-2-44
(Third edition – 2009)

Medical electrical equipment –

Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography

CEI 60601-2-44
(Troisième édition – 2009)

Appareils électromédicaux –

Partie 2-44: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des équipements à rayonnement X de tomographie

CORRIGENDUM 1

CONTENTS

In the list of annexes, instead of:

“Annex A” and “Annex B”

read:

“Annex AA” and “Annex BB”

201.7.9.101 Reference to ACCOMPANYING DOCUMENTS

In the 21st dashed item, instead of:

– Protection against STRAY RADIATION
203.13.101

– Protection against STRAY RADIATION
203.13.2

203.5.2.4.1 General requirements for RADIATION dose information

In the 2nd dash, instead of:

– subclause 203.13.101 (Statements in the ACCOMPANYING DOCUMENTS) is fulfilled.

read:

– subclause 203.13.2 (Statements in the ACCOMPANYING DOCUMENTS) is fulfilled.

SOMMAIRE

Dans la liste des annexes, au lieu de:

« Annexe A » et « Annexe B »

lire :

« Annexe AA » et « Annexe BB »

201.7.9.101 Référence aux DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

Au 21^{ème} tiret, au lieu de:

– Protection contre les RAYONNEMENTS PARASITES
203.13.101

– Protection contre les RAYONNEMENTS PARASITES
203.13.2

203.5.2.4.1 Exigences générales concernant les informations de dose de RAYONNEMENT

Au 2^{ème} tiret, au lieu de:

– paragraphe 203.13.101 (Indications dans les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT) est satisfait.

lire:

– paragraphe 203.13.2 (Indications dans les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT) est satisfait.