

IEC 60601-2-50
(Second edition – 2009)

Medical electrical equipment –

Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment

CEI 60601-2-50
(Deuxième édition – 2009)

Appareils électromédicaux –

Partie 2-50: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de photothérapie pour nouveau-nés

CORRIGENDUM 1

Replace all occurrences of "EFFECTIVE SURFACE AREA" by "EFFECTIVE IRRADIATED AREA" throughout the standard.

La correction ne concerne que le texte anglais.

iteh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)

Document Preview

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/7812cfa6-a957-49d1-864d-99579bf438ca/iec-60601-2-50-2009-cor1-2010>