

CISPR 16-1-1
(Third edition: 2010)

**Specification for radio disturbance and immunity
measuring apparatus and methods –**

**Part 1-1: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus – Measuring apparatus**

CISPR 16-1-1
(Troisième édition: 2010)

**Spécifications des méthodes et des appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de
l'immunité aux perturbations radioélectriques –**

**Partie 1-1: Appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques – Appareils de mesure**

C O R R I G E N D U M 2

E.5 Relationship between indication of a peak and a quasi-peak measuring receiver

*Replace the existing fifth line after Table E.1
by the following:*

For Bands C and D 12,0 at 100 Hz pulse
repetition frequency.

E.5 Correspondance entre les indications d'un récepteur de mesure de crête et d'un récepteur de mesure de quasi-crête

*Remplacer la sixième ligne existante après le
Tableau E.1 par ce qui suit:*

Pour les bandes C et D 12,0 à une fréquence de
répétition de 100 Hz.

iTech Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[CISPR 16-1-1:2010/COR2:2011](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/1177a239-0536-4649-9178-fd6b73ebb1d2/cispr-16-1-1-2010-cor2-2011)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/1177a239-0536-4649-9178-fd6b73ebb1d2/cispr-16-1-1-2010-cor2-2011>