

IEC 60601-2-20
(Second edition – 2009)

Medical electrical equipment –

Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators

CEI 60601-2-20
(Deuxième édition – 2009)

Appareils électromédicaux –

Partie 2-20: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des incubateurs de transport pour nouveau-nés

CORRIGENDUM 2

201.9.6.2.1.102 * Audible alarms sound level

Replace the existing first sentence by the following:

Auditory ALARM SIGNALS shall have a sound level of at least 65 dBA at a distance of 3 m perpendicular to the front of the control unit in a reflecting room.

201.9.6.2.1.102 * Niveau de pression acoustique de l'alarme sonore

Remplacer la première phrase existante par la suivante.

Dans un local réfléchissant, les SIGNAUX D'ALARME sonore doivent produire un niveau de pression acoustique d'au moins 65 dBA à une distance de 3 m perpendiculaire à l'avant de l'élément de commande.

<https://standards.iteh.ai/catalog/corrigards/iec/319hafdd-0b5b-401a-a3e3-a6033dcd8732/iec-60601-2-20-2009-cor2-2013>