

**IEC 60601-2-21**  
(Second edition – 2009)

Medical electrical equipment –

**Part 2-21: Particular requirements for  
the basic safety and essential performance  
of infant radiant warmers**

**CEI 60601-2-21**  
(Deuxième édition – 2009)

Appareils électromédicaux –

**Partie 2-21: Exigences particulières pour  
la sécurité de base et les  
performances essentielles des incubateurs  
radiants pour nouveau-nés**

## CORRIGENDUM 1

### 201.9.6.2.1.101 sound level

#### \* Audible alarms

*Replace, in the first paragraph, the  
existing first sentence by the following:*

Auditory ALARM SIGNALS shall have a sound  
level of at least 65 dBA at a distance of  
3 m from the front of the INFANT RADIANT  
WARMER in a reflecting room.

### 201.9.6.2.1.101

#### \* Niveau sonore des alarmes sonores

*Remplacer, dans le premier alinéa, la  
première phrase existante par la suivante:*

Dans un local réfléchissant, les SIGNAUX  
D'ALARME sonore doivent produire un  
niveau de pression acoustique d'au moins  
65 dBA à une distance de 3 m de l'avant  
de l'INCUBATEUR RADIANT POUR NOUVEAU-  
NÉS.