

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60601-2-33
Edition 3.0 2010-03

IEC 60601-2-33
Édition 3.0 2010-03

Medical electrical equipment –

Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

Appareils électromédicaux –

Partie 2-33: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils à résonance magnétique utilisés pour le diagnostic médical

CORRIGENDUM 2

201.12.4.102.3.3 Limits related to peripheral nerve stimulation (PNS)

Add, in the first and second dash of item a):

"mean" before "PNS THRESHOLD LEVEL".

201.12.4.102.3.3 Limites liées à la stimulation du nerf périphérique (SNP)

Ajouter, dans le premier et deuxième tiret du point a):

"moyen" après "NIVEAU DE SEUIL DE SNP".