



Instruments ophtalmiques — Ophthalmoscopes directs

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Ophthalmic instruments — Direct ophthalmoscopes

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 10942:1998 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 172, *Optique et instruments d'optique*, sous-comité SC 7, *Optique et instruments ophtalmiques*.

(standards.iteh.ai)

[ISO 10942:1998/Cor 1:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/888d6748-0737-4e18-ada2-92d5a0e5c377/iso-10942-1998-cor-1-1998)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/888d6748-0737-4e18-ada2-92d5a0e5c377/iso-10942-1998-cor-1-1998>

Page 3

Dans le tableau 1, le critère Angle du champ de vision φ , dans la colonne 2 pour Groupe A remplacer $\geq 6^\circ$ avec $\geq 3^\circ$, et dans la colonne 3 pour Groupe B remplacer $\geq 5^\circ$ avec $\geq 2,5^\circ$.

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 10942:1998/Cor 1:1998

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/888d6748-0737-4e18-ada2-92d5a0e5c377/iso-10942-1998-cor-1-1998>