



NORME INTERNATIONALE ISO 5360:1993
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 1998-12-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Évaporateurs d'anesthésie — Systèmes de remplissage spécifiques à l'agent

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Anaesthetic vaporizers — Agent-specific filling systems

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

iTeh STANDARD PREVIEW

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 5360:1993 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 121, *Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire*, sous-comité SC 1, *Raccords pour appareils d'anesthésie*.

[ISO 5360:1993/Cor 1:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/86961f3e-fe7a-480b-bafa-887636e7fc8e/iso-5360-1993-cor-1-1998)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/86961f3e-fe7a-480b-bafa-887636e7fc8e/iso-5360-1993-cor-1-1998>

Page 3

Tableau 1 — Dimensions des bagues de flacon fileté des flacons d'agents d'anesthésie

À la ligne 8 (Sévoflurane), dernière colonne (*d* max.), remplacer la valeur «32» par la nouvelle valeur «28».