



NORME INTERNATIONALE ISO 7493:1997 RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 1999-07-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Siège d'opérateur dentaire

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Dental operator's stool

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

iTeh STANDARD PREVIEW

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 7493:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 106, *Art dentaire*, sous-comité SC 6, *Matériel dentaire*.

[ISO 7493:1997/Cor 1:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/31006904-1338-4cdc-ac87-606003eba250/iso-7493-1997-cor-1-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/31006904-1338-4cdc-ac87-606003eba250/iso-7493-1997-cor-1-1999>

Page 3

Remplacer le texte du paragraphe 4.3 par le texte suivant:

4.3 Hauteur de l'assise et plage de réglage

La hauteur minimale de réglage de l'assise chargée (h_1) et la plage de réglage de la hauteur de l'assise doivent être données par le fabricant avec les instructions (voir article 6).

La conformité doit être vérifiée par contrôle visuel.