

**SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 8655-6:2002/AC:2009
01-maj-2009**

Jc`i a Ylf] bYbUdfUj YzXYi `c YbUVUh!/* "XY. ; fUj ja Ylf] bY'a YhcXYnU
Xc`c Yj UbYbUdU_Ydf]a YfMb1 'fGc', *) !* .&\$\$.cf '%&\$\$, Ł

Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error (ISO 8655-6:2002/Cor 1:2008)

Volumenmessgeräte mit Hubkolben - Teil 6: Gravimetrische Prüfverfahren zur Bestimmung der Messabweichung (ISO 8655-6:2002/Cor 1:2008)

SIST STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)

Appareils volumétriques à piston - Partie 6: Méthodes gravimétriques pour la détermination de l'erreur de mesure (ISO 8655-6:2002/Cor 1:2008)

SIST EN ISO 8655-6:2002/AC:2009

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0cc43c98-f4df-4faf-bed0-b10b0f653e40/sist-en-iso-8655-6-2002-ac-2009>

Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 8655-6:2002/AC:2009

ICS:

17.060	Merjenje prostornine, mase, gostote, viskoznosti	Measurement of volume, mass, density, viscosity
71.040.20	Laboratorijska posoda in aparati	Laboratory ware and related apparatus

SIST EN ISO 8655-6:2002/AC:2009

en,fr,de

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

SIST EN ISO 8655-6:2002/AC:2009

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0cc43c98-f4df-4faf-bed0-b10b0f653e40/sist-en-iso-8655-6-2002-ac-2009>

**EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM**

EN ISO 8655-6:2002/AC

February 2009
Février 2009
Februar 2009

ICS 17.060

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error (ISO 8655-6:2002/Cor 1:2008)

Appareils volumétriques à piston - Partie 6:
Méthodes gravimétriques pour la détermination de l'erreur de mesure (ISO 8655-6:2002/Cor 1:2008)

Volumenmessgeräte mit Hubkolben - Teil 6: Gravimetrische Prüfverfahren zur Bestimmung der Messabweichung (ISO 8655-6:2002/Cor 1:2008)

This corrigendum becomes effective on 18 February 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.

iTeh STANDARD PREVIEW

Ce corrigendum prendra effet le 18 février 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN. (standards.iteh.ai)

Die Berichtigung tritt am 18. Februar 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0cc43c98-f4df-4faf-bed0-b10b0f653e40/sist-en-iso-8655-6-2002-ac-2009>



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2009 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

EN ISO 8655-6:2002/AC:2009 (E)

Endorsement notice

The text of ISO 8655-6:2002/Cor.1:2008 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any modification.

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

SIST EN ISO 8655-6:2002/AC:2009

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0cc43c98-f4df-4faf-bed0-b10b0f653e40/sist-en-iso-8655-6-2002-ac-2009>



**INTERNATIONAL STANDARD ISO 8655-6:2002
TECHNICAL CORRIGENDUM 1**

Published 2008-12-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Piston-operated volumetric apparatus —

Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Appareils volumétriques à piston —

Partie 6: Méthodes gravimétriques pour la détermination de l'erreur de mesure

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 **(standards.iteh.ai)**

[SIST EN ISO 8655-6:2002/AC:2009](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0cc43c98-f4df-4faf-bed0-b10b0f653e40/sist-en-iso-8655-6-2002-ac-2009>

Technical Corrigendum 1 to ISO 8655-6:2002 was prepared by Technical Committee ISO/TC 48, *Laboratory equipment*, Subcommittee SC 6, *Laboratory and volumetric ware*.

Page iv, Foreword

Add the following part to the list of parts:

— *Part 7: Non-gravimetric methods for the assessment of equipment performance*

Delete “The following part is under preparation.” and the former title of part 7.

Page 1, Scope

In the note, replace the third sentence with the following:

“Alternative test methods such as photometric and titrimetric methods are given in ISO 8655-7.”

ISO 8655-6:2002/Cor.1:2008(E)

Page 1, Clause 2

Replace the reference to OIML R 76-1:1992 with the following:

OIML R 76-1, *Non-automatic weighing instruments — Part 1: Metrological and technical requirements — Tests*

Page 9, 8.3

In the sentence below Equation (2), replace “which is 20 °C” with “which is 20 °C or 27 °C”.

Page 10, Clause 9

In list item b), replace “(20 °C)” with “(20 °C or 27 °C)” to give the following:

- b) basis of adjustment (Ex) or (In) and reference temperature (20 °C or 27 °C);

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 8655-6:2002/AC:2009](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0cc43c98-f4df-4faf-bed0-b10b0f653e40/sist-en-iso-8655-6-2002-ac-2009>