

Amendement 2 à la  
Publication 601-1 de la CEI  
(1995-03)

Appareils électromédicaux  
Première partie: Règles générales de sécurité

Amendment 2 to  
IEC Publication 601-1  
(1995-03)

Medical electrical equipment  
Part 1: General requirements for safety

## C O R R I G E N D U M 1

Page 14

6.1 I) *Classification*

*A la fin du deuxième tiret de 6.1 I), ajouter la note suivante:*

NOTE – Un APPAREIL de classification IPX0 n'a pas à être marqué en tant que tel.

Page 15

6.1 I) *Classification*

*At the end of 6.1 I), second dash, add the following note:*

NOTE – EQUIPMENT of IPX0 classification is not required to be marked as such.

<https://standards.iteh.ai> | IEC 60601-1:1988

<https://standards.iteh.ai/corrigendum/iec/c77d0a2-ac89-4d93-b2e1-a621c74aa4ed/iec-60601-1-1988>