
Norme internationale



1743

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Sirops de glucose — Détermination de la teneur en matière sèche — Méthode réfractométrique

Glucose syrup — Determination of dry matter content — Refractive index method

Deuxième édition — 1982-05-15

ITeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 1743:1982](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/8d911eb4-1fa1-4422-9804-d581aa9fc374/iso-1743-1982>

CDU 664.162 : 543.814

Réf. n° : ISO 1743-1982 (F)

Descripteurs : glucide, glucose, essai, dosage, matière sèche, réfringence.

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 1743 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 93, *Amidon (amidons, féculés), dérivés et sous-produits*, et a été soumise aux comités membres en novembre 1979.

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée : [ISO 1743:1982](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/8d911eb4-1fa1-4422-9804-d581aa9fc374/iso-1743-1982)

Afrique du Sud, Rép. d'	Espagne	Roumanie
Allemagne, R.F.	Éthiopie	URSS
Australie	Pays-Bas	USA
Canada	Philippines	Yougoslavie
Corée, Rép. de	Pologne	

Aucun comité membre ne l'a désapprouvée.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 1743-1973).

Sirops de glucose — Détermination de la teneur en matière sèche — Méthode réfractométrique

1 Objet et domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la teneur en matière sèche des sirops de glucose à partir de leur indice de réfraction.

La méthode est également applicable aux sirops de glucose contenant du fructose.

2 Référence

ISO 5377, *Produits d'hydrolyse de l'amidon ou de la fécule — Détermination du pouvoir réducteur et de l'équivalent en dextrose — Méthode Lane et Eynon à titre constant.*

3 Principe

Détermination de l'indice de réfraction du produit non dilué, à une température spécifiée; calcul de la teneur en matière sèche au moyen des tableaux montrant que l'indice de réfraction est une fonction de la composition, de la concentration et de la température.

4 Appareillage

4.1 Réfractomètre, de type Abbe ou d'un type équivalent (voir 7.1) permettant la lecture ou l'estimation des indices de réfraction entre 1,300 0 et 1,550 0 à 0,000 2 unité près.

Il doit être conçu de façon que les échantillons puissent être introduits aisément et rapidement, et doit être facile à nettoyer. L'appareil doit être muni d'un thermomètre dont l'échelle couvre les températures de mesurage entre 20 et 60 °C, et d'un dispositif de circulation d'eau permettant de maintenir l'appareil à ces températures à $\pm 0,2$ °C.

Les instructions opératoires de cet appareil doivent être strictement suivies, notamment en ce qui concerne l'étalonnage.

4.2 Baguette en verre, à extrémité recouverte de PTFE¹⁾ permettant d'appliquer l'échantillon sur le prisme de mesurage, sans risque de rayer ce dernier.

4.3 Source lumineuse: lumière du jour ou ampoule à incandescence (25 à 50 W), ou autre source de lumière recommandée par le fabricant, disposée de façon que la lumière tombe sur le prisme ou miroir d'éclairage.

5 Mode opératoire

5.1 Préparation de l'échantillon pour essai

Utiliser le produit tel quel.

5.2 Préparation de l'appareillage

Régler la circulation d'eau afin d'opérer à la température requise ($20 \pm 0,2$ °C ou $30 \pm 0,2$ °C ou $45 \pm 0,2$ °C ou $60 \pm 0,2$ °C) et d'amener les prismes à la même température (voir 8.3).

5.3 Détermination

Amener l'échantillon pour essai (5.1) à la température de mesurage et appliquer une petite quantité de cet échantillon pour essai sur le prisme fixe du réfractomètre (4.1) au moyen de la baguette en verre (4.2), et ajuster immédiatement le prisme mobile (voir 8.4).

Généralement, 1 à 3 gouttes suffisent pour remplir de manière uniforme l'espace entre les prismes. (Si la quantité est trop faible, le contraste est insuffisant lorsqu'on entreprend la lecture.)

Lorsque l'instrument est convenablement éclairé, lire ou estimer l'indice de réfraction à 0,000 2 unité près.

Effectuer au moins deux lectures sur chaque prise d'essai et retenir comme résultat de la détermination la moyenne arithmétique des deux valeurs obtenues.

5.4 Nombre de déterminations

Nettoyer et sécher complètement les deux prismes et effectuer une deuxième détermination sur une nouvelle prise d'essai prélevée sur le même échantillon pour essai (5.1).

1) Polytétrafluoréthylène.

6 Expression des résultats

Lire, sur le tableau approprié, le pourcentage en masse de matière sèche dans la prise d'essai, correspondant à l'indice de réfraction mesuré (voir l'annexe).

Prendre comme résultat la moyenne arithmétique de deux déterminations si les conditions de répétabilité (voir chapitre 7) sont remplies.

7 Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations, effectuées rapidement l'une après l'autre sur le même échantillon, par le même analyste, ne doit pas dépasser 0,2 g de matière sèche pour 100 g de produit.

8 Notes sur le mode opératoire

8.1 Le mode opératoire spécifié en 5.3, ainsi que les valeurs données dans les tableaux, ont été établis par rapport à l'utilisation d'un réfractomètre du type Abbe (4.1).

8.2 Les DE indiqués dans les tableaux ont été déterminés en utilisant la méthode de Lane et Eynon spécifiée dans l'ISO 5377.

8.3 La température de mesurage doit être supérieure ou égale à la température ambiante et l'humidité relative dans la salle doit être basse, ceci pour éviter tout dépôt de buée sur les prismes. Les difficultés qui apparaissent lors de l'analyse de sirops visqueux fortement concentrés, peuvent être mieux surmontées en effectuant le mesurage à la température la plus élevée, pour laquelle la viscosité est plus faible.

8.4 Afin d'obtenir des résultats exacts avec des échantillons chauffés, le mesurage doit être effectué rapidement; l'application de la prise d'essai sur la face du prisme ne doit pas prendre plus de 2 s.

9 Procès-verbal d'essai

Le procès-verbal d'essai doit indiquer la méthode utilisée et les résultats obtenus. Il doit, en outre, mentionner tous les détails opératoires non prévus dans la présente Norme internationale, ou facultatifs, ainsi que les incidents éventuels susceptibles d'avoir agi sur les résultats.

Le procès-verbal d'essai doit donner tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de l'échantillon.

ITEH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 1743:1982](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/8d911eb4-1fa1-4422-9804-d581aa9fc374/iso-1743-1982)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/8d911eb4-1fa1-4422-9804-d581aa9fc374/iso-1743-1982>

Annexe

Tableaux montrant la dépendance de l'indice de réfraction vis-à-vis de la composition, de la concentration et de la température

A.1 L'indice de réfraction des sirops de glucose dépend de divers facteurs, en particulier du degré de saccharification ou de la valeur de l'équivalent en dextrose (DE), et des cendres.

A.2 Les tableaux ci-après reprennent les données publiées dans *Critical Data Tables* diffusées par la Corn Refiners Association (USA) (1978/1979).

A.3 Les tableaux 1 conviennent pour les sirops de glucose obtenus par hydrolyse acide :

1a) 28 DE cendres 0,4 % à 20, 30, 45 et 60 °C

1b) 42 DE cendres 0,4 % à 20, 30, 45 et 60 °C

1c) 55 DE cendres 0,4 % à 20, 30, 45 et 60 °C

A.5 Les tableaux 3a) et 3b) conviennent pour les sirops de glucose à haute teneur en maltose obtenus par hydrolyse enzymatique totale ou partielle.

A.6 Les tableaux 4 conviennent pour les sirops de glucose à haute teneur en fructose obtenus par hydrolyse enzymatique totale ou partielle :

4a) HFCS fructose 42 % cendres 0,05 % à 20, 30, 45 et 60 °C

4b) HFCS fructose 55 % cendres 0,05 % à 20, 30, 45 et 60 °C

4c) HFCS fructose 90 % cendres 0,05 % à 20, 30, 45 et 60 °C

A.7 Le tableau 5 indique les facteurs de corrections des tableaux 1, 2, 3 et 4 en fonction de la température.

A.4 Les tableaux 2 conviennent pour les sirops de glucose obtenus par hydrolyse enzymatique totale ou partielle. [ISO 1743:1982](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/8d911eb4-1fa1-4422-9804-d581aa9fc374/iso-1743-1982)

A.8 Le tableau 6 indique les facteurs de corrections des tableaux 1, 2, 3 et 4 en fonction du DE et des cendres.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/8d911eb4-1fa1-4422-9804-d581aa9fc374/iso-1743-1982>

Tableau 1

Tableau 1a) – Sirop de glucose obtenu par hydrolyse acide, 28 DE, 0,4 % de cendres (rapporté en matière sèche)

Matière sèche %	Indice de réfraction			
	20 °C	30 °C	45 °C	60 °C
0	1,332 99	1,331 94	1,329 85	1,327 25
2	1,335 97	1,334 90	1,332 77	1,330 15
4	1,339 04	1,337 93	1,335 78	1,333 13
6	1,342 15	1,341 02	1,338 83	1,336 15
8	1,345 31	1,344 15	1,341 93	1,339 23
10	1,348 52	1,347 34	1,345 08	1,342 36
12	1,351 78	1,350 57	1,348 29	1,345 54
14	1,355 09	1,353 85	1,351 54	1,348 77
16	1,358 46	1,357 19	1,354 84	1,352 05
18	1,361 87	1,360 58	1,358 20	1,355 38
20	1,365 34	1,364 02	1,361 61	1,358 77
22	1,368 86	1,367 52	1,365 08	1,362 22
24	1,372 44	1,371 07	1,368 60	1,365 72
26	1,376 07	1,374 68	1,372 18	1,369 28
28	1,379 76	1,378 35	1,375 82	1,372 90
30	1,383 52	1,382 07	1,379 52	1,376 58
32	1,387 33	1,385 86	1,383 28	1,380 32
34	1,391 20	1,389 71	1,387 10	1,384 13
36	1,395 13	1,393 62	1,390 98	1,387 99
38	1,399 13	1,397 59	1,394 93	1,391 92
40	1,403 19	1,401 63	1,398 94	1,395 92
42	1,407 32	1,405 73	1,403 02	1,399 98
44	1,411 52	1,409 91	1,407 17	1,404 11
46	1,415 78	1,414 15	1,411 39	1,408 32
48	1,420 11	1,418 46	1,415 67	1,412 59
50	1,424 52	1,422 84	1,420 03	1,416 94
52	1,429 00	1,427 30	1,424 47	1,421 36
54	1,433 55	1,431 83	1,428 97	1,425 85
56	1,438 18	1,436 43	1,433 56	1,430 42
58	1,442 88	1,441 12	1,438 22	1,435 07
60	1,447 67	1,445 88	1,442 96	1,439 81
62	1,452 53	1,450 72	1,447 79	1,444 62
64	1,457 48	1,455 65	1,452 69	1,449 52
66	1,462 51	1,460 66	1,457 68	1,454 50
68	1,467 62	1,465 76	1,462 76	1,459 57
70	1,472 83	1,470 94	1,467 92	1,464 73

Tableau 1b) – Sirop de glucose obtenu par hydrolyse acide, 42 DE, 0,4 % de cendres (rapporté en matière sèche)

Matière sèche %	Indice de réfraction			
	20 °C	30 °C	45 °C	60 °C
0	1,332 99	1,331 94	1,329 85	1,327 25
2	1,335 93	1,334 85	1,332 73	1,330 10
4	1,338 95	1,337 84	1,335 69	1,333 04
6	1,342 02	1,340 89	1,338 70	1,336 02
8	1,345 14	1,343 98	1,341 76	1,339 06
10	1,348 30	1,347 12	1,344 87	1,342 14
12	1,351 52	1,350 31	1,348 03	1,345 28
14	1,354 79	1,353 55	1,351 24	1,348 46
16	1,358 11	1,356 84	1,354 50	1,351 70
18	1,361 48	1,360 19	1,357 81	1,355 00
20	1,364 90	1,363 59	1,361 18	1,358 34
22	1,368 38	1,367 04	1,364 60	1,361 75
24	1,371 91	1,370 55	1,368 08	1,365 20
26	1,375 50	1,374 11	1,371 61	1,368 72
28	1,379 14	1,377 73	1,375 20	1,372 29
30	1,382 84	1,381 40	1,378 85	1,375 92
32	1,386 60	1,385 13	1,382 56	1,379 60
34	1,390 42	1,388 93	1,386 32	1,383 35
36	1,394 29	1,392 78	1,390 15	1,387 16
38	1,398 23	1,396 69	1,394 03	1,391 03
40	1,402 22	1,400 66	1,397 98	1,394 96
42	1,406 28	1,404 70	1,401 99	1,398 96
44	1,410 40	1,408 80	1,406 07	1,403 02
46	1,414 59	1,412 96	1,410 21	1,407 14
48	1,418 84	1,417 19	1,414 41	1,411 33
50	1,423 16	1,421 49	1,418 69	1,415 59
52	1,427 55	1,425 85	1,423 03	1,419 92
54	1,432 00	1,430 28	1,427 44	1,424 32
56	1,436 53	1,434 79	1,431 92	1,428 79
58	1,441 12	1,439 36	1,436 47	1,433 33
60	1,445 79	1,444 01	1,441 10	1,437 95
62	1,450 53	1,448 73	1,445 80	1,442 64
64	1,455 34	1,453 52	1,450 57	1,447 41
66	1,460 23	1,458 39	1,455 42	1,452 25
68	1,465 20	1,463 34	1,460 35	1,457 17
70	1,470 24	1,468 36	1,465 36	1,462 18
72	1,475 37	1,473 47	1,470 45	1,467 26
74	1,480 58	1,478 66	1,475 62	1,472 43
76	1,485 87	1,483 93	1,480 88	1,477 68
78	1,491 24	1,489 29	1,486 22	1,483 01
80	1,496 70	1,494 73	1,491 64	1,488 44
82	1,502 25	1,500 26	1,497 16	1,493 95
84	1,507 88	1,505 87	1,502 76	1,499 56

Tableau 1 (fin)

Tableau 1c) – Sirop de glucose obtenu par hydrolyse acide, 55 DE, 0,4 % de cendres (rapporté en matière sèche)

Matière sèche %	Indice de réfraction			
	20 °C	30 °C	45 °C	60 °C
0	1,332 99	1,331 94	1,329 85	1,327 25
2	1,335 90	1,334 83	1,332 71	1,330 08
4	1,338 90	1,337 80	1,335 64	1,332 99
6	1,341 95	1,340 81	1,338 63	1,335 95
8	1,345 04	1,343 88	1,341 66	1,338 96
10	1,348 18	1,346 99	1,344 74	1,342 02
12	1,351 37	1,350 16	1,347 87	1,345 13
14	1,354 61	1,353 37	1,351 06	1,348 28
16	1,357 90	1,356 63	1,354 29	1,351 49
18	1,361 24	1,359 95	1,357 57	1,354 76
20	1,364 63	1,363 31	1,360 91	1,358 07
22	1,368 07	1,366 73	1,364 30	1,361 44
24	1,371 57	1,370 20	1,367 74	1,364 86
26	1,375 12	1,373 73	1,371 23	1,368 34
28	1,378 72	1,377 31	1,374 79	1,371 87
30	1,382 38	1,380 94	1,378 39	1,375 46
32	1,386 10	1,384 63	1,382 06	1,379 10
34	1,389 87	1,388 38	1,385 78	1,382 81
36	1,393 70	1,392 18	1,389 56	1,386 57
38	1,397 58	1,396 05	1,393 39	1,390 39
40	1,401 53	1,399 97	1,397 29	1,394 27
42	1,405 54	1,403 95	1,401 25	1,398 22
44	1,409 60	1,408 00	1,405 27	1,402 22
46	1,413 73	1,412 10	1,409 35	1,406 29
48	1,417 92	1,416 27	1,413 50	1,410 42
50	1,422 18	1,420 51	1,417 71	1,414 62
52	1,426 50	1,424 80	1,421 98	1,418 88
54	1,430 88	1,429 17	1,426 32	1,423 21
56	1,435 33	1,433 60	1,430 73	1,427 61
58	1,439 85	1,438 09	1,435 21	1,432 08
60	1,444 44	1,442 66	1,439 76	1,436 61
62	1,449 10	1,447 30	1,444 37	1,441 22
64	1,453 82	1,452 01	1,449 06	1,445 90
66	1,458 62	1,456 79	1,453 82	1,450 66
68	1,463 50	1,461 64	1,458 66	1,455 49
70	1,468 44	1,466 57	1,463 57	1,460 39
72	1,473 47	1,471 57	1,468 56	1,465 37
74	1,478 57	1,476 65	1,473 62	1,470 44
76	1,483 74	1,481 81	1,478 77	1,475 58
78	1,489 00	1,487 05	1,483 99	1,480 80
80	1,494 34	1,492 37	1,489 30	1,486 10
82	1,499 76	1,497 77	1,494 69	1,491 49
84	1,505 26	1,503 26	1,500 16	1,496 97

Tableau 2

Tableau 2a) — Sirop de glucose obtenu par hydrolyse enzymatique totale ou partielle, 32 DE, 0,4 % de cendres (rapporté en matière sèche)

Tableau 2b) — Sirop de glucose obtenu par hydrolyse enzymatique totale ou partielle, 63 DE, 0,4 % de cendres (rapporté en matière sèche)

Matière sèche %	Indice de réfraction			
	20 °C	30 °C	45 °C	60 °C
0	1,332 99	1,331 94	1,329 85	1,327 25
2	1,335 94	1,334 87	1,332 75	1,330 12
4	1,338 99	1,337 88	1,335 73	1,333 08
6	1,342 08	1,340 95	1,338 76	1,336 08
8	1,345 22	1,344 06	1,341 84	1,339 14
10	1,348 41	1,347 23	1,344 98	1,342 25
12	1,351 66	1,350 45	1,348 16	1,345 41
14	1,354 95	1,353 72	1,351 40	1,348 63
16	1,358 30	1,357 04	1,354 69	1,351 90
18	1,361 71	1,360 42	1,358 04	1,355 22
20	1,365 17	1,363 85	1,361 44	1,358 60
22	1,368 68	1,367 34	1,364 90	1,362 04
24	1,372 25	1,370 88	1,368 41	1,365 54
26	1,375 87	1,374 48	1,371 99	1,369 09
28	1,379 56	1,378 14	1,375 62	1,372 70
30	1,383 30	1,381 86	1,379 31	1,376 37
32	1,387 10	1,385 64	1,383 06	1,380 10
34	1,390 97	1,389 48	1,386 87	1,383 90
36	1,394 89	1,393 38	1,390 74	1,387 75
38	1,398 88	1,397 34	1,394 68	1,391 67
40	1,402 93	1,401 37	1,398 68	1,395 66
42	1,407 04	1,405 46	1,402 75	1,399 71
44	1,411 22	1,409 62	1,406 88	1,403 83
46	1,415 47	1,413 84	1,411 08	1,408 01
48	1,419 78	1,418 13	1,415 35	1,412 27
50	1,424 17	1,422 49	1,419 69	1,416 59
52	1,428 62	1,426 92	1,424 09	1,420 98
54	1,433 14	1,431 42	1,428 57	1,425 45
56	1,437 74	1,436 00	1,433 12	1,429 99
58	1,442 41	1,440 65	1,437 75	1,434 61
60	1,447 15	1,445 37	1,442 45	1,439 30
62	1,451 97	1,450 17	1,447 23	1,444 07
64	1,456 87	1,455 04	1,452 09	1,448 92
66	1,461 84	1,460 00	1,457 02	1,453 85
68	1,466 90	1,465 03	1,462 04	1,458 86
70	1,472 04	1,470 15	1,467 14	1,463 95
72	1,477 26	1,475 35	1,472 32	1,469 13
74	1,482 56	1,480 64	1,477 59	1,474 39
76	1,487 95	1,486 01	1,482 95	1,479 74
78	1,493 43	1,491 47	1,488 39	1,485 18
80	1,498 99	1,497 01	1,493 92	1,490 71
82	1,504 65	1,502 65	1,499 55	1,496 33
84	1,510 40	1,508 39	1,505 27	1,502 05

Matière sèche %	Indice de réfraction			
	20 °C	30 °C	45 °C	60 °C
0	1,332 99	1,331 94	1,329 85	1,327 25
2	1,335 89	1,334 81	1,332 69	1,330 06
4	1,338 87	1,337 77	1,335 61	1,332 96
6	1,341 90	1,340 77	1,338 58	1,335 90
8	1,344 98	1,343 82	1,341 60	1,338 90
10	1,348 10	1,346 91	1,344 66	1,341 94
12	1,351 27	1,350 06	1,347 77	1,345 03
14	1,354 49	1,353 25	1,350 93	1,348 16
16	1,357 75	1,356 49	1,354 14	1,351 35
18	1,361 07	1,359 78	1,357 40	1,354 59
20	1,364 44	1,363 12	1,360 72	1,357 88
22	1,367 85	1,366 51	1,364 08	1,361 22
24	1,371 32	1,369 96	1,367 49	1,364 62
26	1,374 84	1,373 45	1,370 96	1,368 07
28	1,378 42	1,377 00	1,374 48	1,371 57
30	1,382 04	1,380 61	1,378 06	1,375 13
32	1,385 73	1,384 26	1,381 69	1,378 74
34	1,389 46	1,387 98	1,385 38	1,382 41
36	1,393 26	1,391 75	1,389 12	1,386 14
38	1,397 11	1,395 57	1,392 92	1,389 92
40	1,401 01	1,399 46	1,396 78	1,393 76
42	1,404 98	1,403 40	1,400 70	1,397 67
44	1,409 00	1,407 40	1,404 67	1,401 63
46	1,413 09	1,411 46	1,408 71	1,405 65
48	1,417 23	1,415 58	1,412 81	1,409 74
50	1,421 44	1,419 77	1,416 97	1,413 89
52	1,425 71	1,424 02	1,421 20	1,418 10
54	1,430 04	1,428 33	1,425 49	1,422 38
56	1,434 44	1,432 71	1,429 85	1,426 73
58	1,438 90	1,437 15	1,434 27	1,431 14
60	1,443 43	1,441 66	1,438 76	1,435 62
62	1,448 03	1,446 24	1,443 32	1,440 17
64	1,452 70	1,450 88	1,447 94	1,444 79
66	1,457 43	1,455 60	1,452 64	1,449 48
68	1,462 24	1,460 39	1,457 41	1,454 25
70	1,467 12	1,465 25	1,462 25	1,459 08
72	1,472 07	1,470 18	1,467 17	1,464 00
74	1,477 10	1,475 19	1,472 16	1,468 98
76	1,482 20	1,480 27	1,477 23	1,474 05
78	1,487 38	1,485 43	1,482 38	1,479 19
80	1,492 63	1,490 67	1,487 60	1,484 42
82	1,497 97	1,495 99	1,492 91	1,489 72
84	1,503 38	1,501 39	1,498 30	1,495 11

Tableau 2 (fin)

Tableau 2c) — Sirop de glucose obtenu par hydrolyse enzymatique totale ou partielle, 70 DE, 0,4 % de cendres (rapporté en matière sèche)

Matière sèche %	Indice de réfraction			
	20 °C	30 °C	45 °C	60 °C
0	1,332 99	1,331 94	1,329 85	1,327 25
2	1,335 88	1,334 80	1,332 68	1,330 05
4	1,338 85	1,337 74	1,335 59	1,332 93
6	1,341 86	1,340 73	1,338 54	1,335 87
8	1,344 92	1,343 77	1,341 55	1,338 84
10	1,348 03	1,346 85	1,344 59	1,341 87
12	1,351 19	1,349 97	1,347 69	1,344 94
14	1,354 39	1,353 15	1,350 84	1,348 07
16	1,357 64	1,356 38	1,354 03	1,351 24
18	1,360 94	1,359 65	1,357 28	1,354 46
20	1,364 29	1,362 97	1,360 57	1,357 73
22	1,367 69	1,366 35	1,363 91	1,361 06
24	1,371 14	1,369 77	1,367 31	1,364 44
26	1,374 64	1,373 25	1,370 76	1,367 86
28	1,378 19	1,376 78	1,374 26	1,371 35
30	1,381 80	1,380 36	1,377 81	1,374 88
32	1,385 46	1,383 99	1,381 42	1,378 47
34	1,389 17	1,387 68	1,385 08	1,382 12
36	1,392 94	1,391 43	1,388 80	1,385 82
38	1,396 76	1,395 23	1,392 58	1,389 58
40	1,400 64	1,399 09	1,396 41	1,393 39
42	1,404 58	1,403 00	1,400 30	1,397 27
44	1,408 57	1,406 97	1,404 25	1,401 20
46	1,412 63	1,411 00	1,408 25	1,405 20
48	1,416 74	1,415 09	1,412 32	1,409 25
50	1,420 91	1,419 24	1,416 45	1,413 37
52	1,425 14	1,423 45	1,420 64	1,417 54
54	1,429 44	1,427 73	1,424 89	1,421 79
56	1,433 80	1,432 07	1,429 21	1,426 09
58	1,438 22	1,436 47	1,433 59	1,430 46
60	1,442 71	1,440 93	1,438 04	1,434 90
62	1,447 26	1,445 47	1,442 55	1,439 41
64	1,451 88	1,450 07	1,447 13	1,443 98
66	1,456 56	1,454 73	1,451 78	1,448 62
68	1,461 32	1,459 47	1,456 50	1,453 34
70	1,466 14	1,464 27	1,461 29	1,458 12
72	1,471 04	1,469 15	1,466 15	1,462 98
74	1,476 01	1,474 10	1,471 08	1,467 91
76	1,481 05	1,479 12	1,476 09	1,472 91
78	1,486 16	1,484 22	1,481 17	1,477 99
80	1,491 35	1,489 39	1,486 33	1,483 15
82	1,496 62	1,494 64	1,491 57	1,488 39
84	1,501 96	1,499 97	1,496 88	1,493 70

Tableau 2d) — Sirop de glucose obtenu par hydrolyse enzymatique totale ou partielle, 95 DE, 0,5 % de cendres (rapporté en matière sèche)

Matière sèche %	Indice de réfraction			
	20 °C	30 °C	45 °C	60 °C
0	1,332 99	1,331 94	1,329 85	1,327 25
2	1,335 82	1,334 75	1,332 63	1,330 00
4	1,338 74	1,337 64	1,335 49	1,332 84
6	1,341 71	1,340 58	1,338 40	1,335 72
8	1,344 72	1,343 56	1,341 35	1,338 65
10	1,347 76	1,346 58	1,344 34	1,341 62
12	1,350 86	1,349 65	1,347 37	1,344 63
14	1,353 99	1,352 76	1,350 45	1,347 69
16	1,357 17	1,355 91	1,353 58	1,350 79
18	1,360 39	1,359 11	1,356 75	1,353 94
20	1,363 66	1,362 36	1,359 96	1,357 14
22	1,366 98	1,365 65	1,363 22	1,360 38
24	1,370 34	1,368 98	1,366 53	1,363 67
26	1,373 75	1,372 37	1,369 89	1,367 01
28	1,377 21	1,375 80	1,373 29	1,370 39
30	1,380 71	1,379 28	1,376 75	1,373 83
32	1,384 27	1,382 81	1,380 25	1,377 32
34	1,387 87	1,386 40	1,383 81	1,380 86
36	1,391 53	1,390 03	1,387 42	1,384 45
38	1,395 24	1,393 71	1,391 08	1,388 09
40	1,399 00	1,397 45	1,394 79	1,391 79
42	1,402 81	1,401 24	1,398 55	1,395 54
44	1,406 68	1,405 08	1,402 37	1,399 35
46	1,410 60	1,408 98	1,406 25	1,403 21
48	1,414 58	1,412 94	1,410 18	1,407 13
50	1,418 61	1,416 95	1,414 17	1,411 10
52	1,422 70	1,421 02	1,418 22	1,415 14
54	1,426 85	1,425 15	1,422 33	1,419 23
56	1,431 06	1,429 34	1,426 49	1,423 39
58	1,435 33	1,433 59	1,430 72	1,427 61
60	1,439 66	1,437 90	1,435 01	1,431 89
62	1,444 05	1,442 27	1,439 36	1,436 23
64	1,448 51	1,446 70	1,443 78	1,440 64
66	1,453 03	1,451 20	1,448 26	1,445 11
68	1,457 61	1,455 77	1,452 80	1,449 65
70	1,462 26	1,460 40	1,457 42	1,454 26
72	1,466 98	1,465 10	1,462 10	1,458 93
74	1,471 77	1,469 86	1,466 85	1,463 68