
Huile essentielle de clémentine (*Citrus clementina* hort. ex Tanaka syn. *Citrus reticulata* Blanco × *Citrus sinensis* (L.) Osbeck), type Espagne

Essential oil of clementine (Citrus clementina hort. ex Tanaka syn. Citrus reticulata Blanco × Citrus sinensis (L.) Osbeck), Spanish type

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 21631:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020>



iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO 21631:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2020

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos.....	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Exigences	2
4.1 Exigences générales.....	2
4.2 Profil chromatographique.....	2
5 Point d'éclair	3
6 Échantillonnage	3
7 Emballage, étiquetage, marquage et stockage	3
Annexe A (informative) Chromatogrammes types de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse de l'huile essentielle de clémentine (<i>Citrus clementina</i> hort. ex Tanaka syn. <i>Citrus reticulata</i> Blanco × <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck), type Espagne	4
Annexe B (informative) Point d'éclair	7
Bibliographie	8

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 21631:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 54, *Huiles essentielles*.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

Huile essentielle de clémentine (*Citrus clementina* hort. ex Tanaka syn. *Citrus reticulata* Blanco × *Citrus sinensis* (L.) Osbeck), type Espagne

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie certaines caractéristiques de l'huile essentielle de clémentine (*Citrus clementina* hort. ex Tanaka syn. *Citrus reticulata* Blanco × *Citrus sinensis* (L.) Osbeck), type Espagne, destinées à faciliter l'appréciation de sa qualité.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO/TS 210, *Huiles essentielles — Règles générales d'emballage, de conditionnement et de stockage*

ISO/TS 211, *Huiles essentielles — Règles générales d'étiquetage et de marquage des récipients*

ISO 212, *Huiles essentielles — Échantillonnage*

ISO 279, *Huiles essentielles — Détermination de la densité relative à 20 degrés C — Méthode de référence*

ISO 280, *Huiles essentielles — Détermination de l'indice de réfraction*

ISO 592, *Huiles essentielles — Détermination du pouvoir rotatoire*

ISO 1242, *Huiles essentielles — Détermination de l'indice d'acide*

ISO 11024 (toutes les parties), *Huiles essentielles — Directives générales concernant les profils chromatographiques*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>

3.1

huile essentielle de clémentine, type Espagne

huile essentielle obtenue par expression à froid du péricarpe de fruits sains et mûrs de clémentine (*Citrus clementina* hort. ex Tanaka syn. *Citrus reticulata* Blanco × *Citrus sinensis* (L.) Osbeck), principalement produite en Espagne

Note 1 à l'article: Pour toute information sur le numéro CAS, voir l'ISO/TR 21092.

4 Exigences

4.1 Exigences générales

L'huile essentielle de clémentine, type Espagne, doit satisfaire aux exigences indiquées dans le [Tableau 1](#).

Tableau 1 — Exigences pour l'huile essentielle de clémentine, type Espagne

Caractéristique	Exigences	Méthode d'essai ISO
Aspect	Liquide limpide, mobile	—
Couleur	Orange pâle à orange foncé	—
Odeur	Type citrus, mandarine	—
Densité relative à 20 °C d_{20}^{20}	0,840 à 0,860	ISO 279
Indice de réfraction à 20 °C	1,470 à 1,478	ISO 280
Pouvoir rotatoire à 20 °C	Entre +90° et +98°	ISO 592
Indice d'acide	Maximum: 0,2	ISO 1242

4.2 Profil chromatographique

Effectuer l'analyse de l'huile essentielle par chromatographie en phase gazeuse. Déterminer le profil chromatographique conformément à la série des ISO 11024. Sur le chromatogramme obtenu, identifier les constituants représentatifs et caractéristiques dont la liste figure dans le [Tableau 2](#). Le pourcentage de chacun de ces constituants, indiqué par l'intégrateur, doit se situer dans les limites figurant dans le [Tableau 2](#). Cela constitue le profil chromatographique de l'huile essentielle.

Tableau 2 — Profil chromatographique

Constituant	min %	max %
α -Pinène	0,3	0,9
Sabinène	0,3	1,5
β -Pinène	traces ^a	0,3
Myrcène	1,0	2,5
Limonène	90,0	97,0
Octanal	0,05	0,30
(E)- β -Ocimène	traces ^a	0,3
γ -Terpinène	traces ^a	1,0
<i>p</i> -Cymène	traces ^a	0,2
Décanal	0,1	0,4
(E)- α -Farnésène	traces ^a	0,5
Linalol	0,1	0,6
Néral	traces ^a	0,5
α -Terpinéol	traces ^a	0,15
Géranial	traces ^a	0,5
N-Méthyl méthylantranilate	traces ^a	0,06
β -Sinensal	traces ^a	0,2
α -Sinensal	traces ^a	0,4

^a < 0,01 %.

NOTE Le profil chromatographique est normatif. Il est à différencier des chromatogrammes types donnés à titre d'information à l'[Annexe A](#), voir [Figures A.1](#) et [A.2](#).

5 Point d'éclair

L'[Annexe B](#) fournit des informations sur le point d'éclair.

6 Échantillonnage

L'échantillonnage doit être réalisé conformément à l'ISO 212. Le volume minimal de l'échantillon pour essai est de 50 ml.

NOTE Ce volume permet d'effectuer au moins une fois chacun des essais spécifiés dans le présent document.

7 Emballage, étiquetage, marquage et stockage

L'emballage, l'étiquetage, le marquage et le stockage doivent être conformes à l'ISO/TS 210 et à l'ISO/TS 211.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 21631:2020](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020>


Annexe A
(informative)

Chromatogrammes types de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse de l'huile essentielle de clémentine (*Citrus clementina* hort. ex Tanaka syn. *Citrus reticulata* Blanco × *Citrus sinensis* (L.) Osbeck), type Espagne

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 21631:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ae14b6cc-0372-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020>

**Identification des pics**

- 1 α -Pinène
- 2 Sabinène
- 3 β -Pinène
- 4 Octanal
- 5 Myrcène
- 6 p-Cymène
- 7 Limonène
- 8 (E)- β -Ocimène
- 9 γ -Terpinène
- 10 Linalol
- 11 α -Terpinéol
- 12 Décanal
- 13 Néral
- 14 Géraniol
- 15 N-Méthyl méthylantranilate
- 16 (E)- α -Farnésène
- 17 β -Sinensal
- 18 α -Sinensal

Légende

- X temps (min)
Y intensité du signal (pA)

Conditions opératoires

- ISO 21631:2020
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/si/4172-4417-a819-b289d54d9905/iso-21631-2020>
- Colonne: capillaire, en silice fondue; longueur 20 m; diamètre intérieur 0,18 mm
 Phase stationnaire: poly(diméthyl siloxane), DB-1¹⁾
 Épaisseur du film: 0,18 μ m
 Température du four: programmation de température de 50 °C à 250 °C, à raison de 10 °C/min, puis isotherme à 250 °C pendant 10 min
 Température de l'injecteur: 250 °C
 Température du détecteur: 280 °C
 Détecteur: à ionisation de flamme
 Gaz vecteur: hydrogène
 Volume injecté: 0,20 μ l
 Débit du gaz vecteur: 1,1 ml/min
 Rapport de division: 1/200
- ¹⁾ DB-1 est un exemple de produit approprié disponible sur le marché. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l'ISO approuve l'emploi du produit ainsi désigné.

Figure A.1 — Chromatogramme type réalisé sur colonne apolaire