

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 10555-5:2000/AC:2003
01-september-2003

**Sterilni žilni katetri za enkratno uporabo - 5. del: Periferni katetri z notranjo iglo
(ISO 10555-5:1996/AC:1999)**

Sterile, single-use intravascular catheters - Part 5: Over-needle peripheral catheters (ISO 10555-5:1996)

Sterile intravaskuläre Katheter zur einmaligen Verwendung - Teil 5: Periphere Katheter mit innen liegender Kanüle (ISO 10555-5:1996)

Cathéters intravasculaires stériles, non réutilisables - Partie 5: Cathéters périphériques a aiguille interne (ISO 10555-5:1996)

SIST EN ISO 10555-5:2000/AC:2003
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/876b0fdb-9224-475c-9ce9-b3eca296a372/sist-en-iso-10555-5-2000-ac-2003>

Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 10555-5:1997/AC:1999

ICS:

11.040.25	Injekcijske brizge, igle in katetri	Syringes, needles and catheters
-----------	-------------------------------------	---------------------------------

SIST EN ISO 10555-5:2000/AC:2003 **de**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 10555-5:2000/AC:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/876b0fdb-9224-475c-9ce9-b3eca296a372/sist-en-iso-10555-5-2000-ac-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/876b0fdb-9224-475c-9ce9-b3eca296a372/sist-en-iso-10555-5-2000-ac-2003>

EUROPEAN STANDARD

EN ISO 10555-5:1997/AC

NORME EUROPÉENNE

January 1999

EUROPÄISCHE NORM

Janvier 1999

Januar 1999

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Sterile, single-use intravascular catheters - Part 5: Over-needle peripheral catheters (ISO 10555-5:1996)

Cathéters intravasculaires stériles, non réutilisables - Partie 5: Cathéters périphériques à aiguille interne (ISO 10555-5:1996)

Sterile intravaskuläre Katheter zur einmaligen Verwendung - Teil 5: Periphere Katheter mit innen liegender Kanüle (ISO 10555-5:1996)

This corrigendum becomes effective on 21 January 1999 for incorporation in the official German version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 21 janvier 1999 pour incorporation dans la version allemande officielle de l'EN.

Die Berichtigung tritt am 21. Januar 1999 zur Einarbeitung in die offizielle Deutsche Fassung der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Central Secretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 1999 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Page / Seite 2
EN ISO 10555-5:1997/AC:1999

This correction only concerns the German version.

In clause 4.2, replace “Der Katheter muss im Röntgenbild erkennbar sein” with “es wird empfohlen, daß der Katheter im Röntgenbild erkennbar ist”.

Cette correction ne s'applique qu'à la version allemande.

Clause 4.2, remplacer : “Der Katheter muss im Röntgenbild erkennbar sein” par : “es wird empfohlen, daß der Katheter im Röntgenbild erkennbar ist”.

Diese Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung.

Im Abschnitt 4.2, “Der Katheter muss im Röntgenbild erkennbar sein” ist durch “es wird empfohlen, daß der Katheter im Röntgenbild erkennbar ist” zu ersetzen.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 10555-5:2000/AC:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/876b0fdb-9224-475c-9ce9-b3eca296a372/sist-en-iso-10555-5-2000-ac-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/876b0fdb-9224-475c-9ce9-b3eca296a372/sist-en-iso-10555-5-2000-ac-2003>