

---

---

**Optique ophtalmique — Mesure de  
l'acuité visuelle — Optotype normalisé  
et optotypes cliniques et leur  
présentation**

*Ophthalmic optics — Visual acuity testing — Standard and clinical  
optotypes and their presentation*

iTeh Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[ISO 8596:2017](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/d253152d-9d29-4abe-a95f-468b4fce6d42/iso-8596-2017)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/d253152d-9d29-4abe-a95f-468b4fce6d42/iso-8596-2017>



**iTeh Standards**  
**(<https://standards.iteh.ai>)**  
**Document Preview**

[ISO 8596:2017](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/d253152d-9d29-4abe-a95f-468b4fce6d42/iso-8596-2017)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/d253152d-9d29-4abe-a95f-468b4fce6d42/iso-8596-2017>



**DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT**

© ISO 2017, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401  
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland  
Tel. +41 22 749 01 11  
Fax +41 22 749 09 47  
[copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
[www.iso.org](http://www.iso.org)

# Sommaire

Page

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Avant-propos</b> .....                                                                       | <b>iv</b> |
| <b>1 Domaine d'application</b> .....                                                            | <b>1</b>  |
| <b>2 Références normatives</b> .....                                                            | <b>1</b>  |
| <b>3 Termes et définitions</b> .....                                                            | <b>1</b>  |
| <b>4 Exigences</b> .....                                                                        | <b>3</b>  |
| 4.1 Spécifications de l'optotype normalisé.....                                                 | 3         |
| 4.2 Degrés d'acuité visuelle et degrés de l'optotype normalisé.....                             | 3         |
| 4.3 Champ de présentation et espacement des optotypes normalisés .....                          | 4         |
| 4.4 Positions de l'optotype.....                                                                | 5         |
| 4.5 Qualité de la présentation .....                                                            | 5         |
| 4.6 Luminance .....                                                                             | 5         |
| <b>5 Méthodes d'essai</b> .....                                                                 | <b>6</b>  |
| 5.1 Distance de visualisation pour l'examen de détermination de l'acuité visuelle au loin ..... | 6         |
| 5.2 Critères de détermination et d'attribution des degrés d'acuité visuelle .....               | 6         |
| <b>6 Rapport d'essai</b> .....                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>Annexe A (informative) Optotypes pour investigations cliniques</b> .....                     | <b>8</b>  |
| <b>Bibliographie</b> .....                                                                      | <b>11</b> |

iTeh Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[ISO 8596:2017](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/d253152d-9d29-4abc-a95f-468b4fce6d42/iso-8596-2017)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/d253152d-9d29-4abc-a95f-468b4fce6d42/iso-8596-2017>