
Médecine bucco-dentaire — Miroirs endobuccaux

Dentistry — Intra-oral mirrors

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 9873:2019](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/03c99372-b5fd-48fb-bbbb-f6e5459da2ef/iso-9873-2019)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/03c99372-b5fd-48fb-bbbb-f6e5459da2ef/iso-9873-2019>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 9873:2019

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/03c99372-b5fd-48fb-bbbb-f6e5459da2ef/iso-9873-2019>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2019

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Exigences	3
4.1 Dimensions et désignations	3
4.1.1 Longueur totale	3
4.1.2 Raccordement entre la tige et le manche, le cas échéant	3
4.1.3 Dimensions du boîtier du miroir et de la surface réfléchissante utile	3
4.1.4 Désignation des tailles des têtes de miroir	3
4.1.5 Position de la tête de miroir par rapport à la tige	5
4.2 Matériaux	5
4.2.1 Verre du miroir	5
4.2.2 Boîtier de miroir	5
4.2.3 Manche de miroir	5
4.3 Tête de miroir	6
4.3.1 Boîtier de la tête de miroir	6
4.3.2 Surfaces réfléchissantes	6
4.3.3 Grossissement nominal	6
4.3.4 Déformation	6
4.4 Résistance de la jonction boîtier/tige	6
4.5 Manche	6
4.6 Résistance au retraitement	6
5 Mesurage et méthodes d'essai	7
5.1 Examen visuel	7
5.2 Résistance au retraitement	7
5.3 Détermination du grossissement nominal pour les miroirs grossissants	7
5.3.1 Appareillage	7
5.3.2 Mode opératoire	7
5.4 Déformation	8
5.4.1 Appareillage	8
5.4.2 Mode opératoire	8
5.5 Essai de résistance de la jonction boîtier/tige	9
5.5.1 Appareillage	9
5.5.2 Mode opératoire	10
6 Marquage et étiquetage	10
6.1 Généralités	10
6.2 Marquage sur la tête de miroir	10
6.3 Marquage sur le manche de miroir	10
6.4 Étiquetage sur l'emballage	11
Bibliographie	12

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute autre information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 106, *Médecine bucco-dentaire*, sous-comité SC 4, *Instruments dentaires*.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 9873:2017), dont elle constitue une révision mineure. Les modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- en [4.1.1](#), réduction de 178 mm à 173 mm pour la recommandation relative à la longueur maximale du miroir endobuccal;
- en [4.3.4](#), ajout d'une exigence de déformation;
- en [4.5](#), clarification de l'exigence relative au manche;
- en [4.6](#), clarification de l'exigence de résistance au retraitement;
- à l'[Article 6](#), ajout d'une exigence relative au code UDI.